

Gants d'examen Nitrile 400mm Polysem Medical®



• Dénomination

Gants Nitrile non stériles non poudrés ambidextres, manchette de 400 mm

• Caractéristiques


- **Confort** : Elastique, souple et résistant ,
- **Ergonomie** : Bonne sensibilité et excellente tenue,
- **Bonne préhension** : Surface texturée micro-rugosités,
- **Sans poudre** : Compatible avec l'utilisation de soluté hydroalcoolique,
- **Sans latex**: Protection et sensibilité optimale sans allergie au latex,
- **Résistance** : Ces gants ont été testés avec de nombreuses substances chimiques et produits d'hygiène et de désinfection*,
- **Protection** : Manchette extra-longue 400mm.
- **Contact alimentaire**: Ces gants sont compatibles avec les aliments secs, aqueux, alcoolisés, acides et gras pendant 2 heures



Nom	Référence	Taille	Longueur	Epaisseur			Couleur
				Paume	Doigts	Manchette	
POLYSEM®	GNE4000BR	XS (5-6)	400mm	± 0,12mm	± 0,19mm	± 0,09mm	Bleu
	GNA4000BR	S (6-7)					
	GNB4000BR	M (7-8)					
	GNC4000BR	L (8-9)					
	GND4000BR	XL (9-10)					

• Références

* Consulter le rapport d'essai sur les gants GN4000BR par le laboratoire d'analyses industrielles CTC sur la résistance à la perméation des produits chimiques selon NF EN 374-3 (réalisé avec Acide sulfurique 96%, Hydroxyde de sodium 40%, N-Heptane...) et le rapport d'analyse de l'imperméabilité aux produits de nettoyage et de désinfection (réalisé avec ANIOXYDE 1000-Acide péracétique, STERANIOS-Glutaraldéhyde, SALVANIOS-Propionate d'ammoniums quaternaire,...) par le laboratoire ANIOS - Lien disponible sur la fiche Europarmat du produit dans la partie *Liste des annexes au dossier* (lien disponible au verso, partie **Documentation**).



• Matériaux utilisés *Latex free*

- Nitrile
- Polyisoprène
- Agent de vulcanisation: Sulfure
- Accélérateurs de vulcanisation: ZDEC, ZDBC et ZMBT

• Conditionnement

Référence	Boîte (LxIxh)		Carton (LxIxh)		Palette
GNx4000BR	50 pièces	400mmx130mmx45mm	500 pièces	410mmx260mmx230mm	45 cartons

• Etiquetage

- Sur chaque unité sont inscrits la référence, le numéro de lot et la date de péremption
- Symboles utilisés en accord avec la norme NF EN ISO 15523-1 : Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.



• Conformité **CE** 0321

- DM — classe I : Directive 93/42/CEE modifiée par la Directive 2007/47/CEE, Règlement 2017/745
- EPI — catégorie III : Directive 89/686/CEE modifiée par la Directive 96/58/CEE,
- NF EN 455 Gants médicaux non réutilisables,
 - Partie 1: Détection des trous. Prescription et essais,
 - Partie 2 : Exigences et essais pour les propriétés physiques,
 - Partie 3 : Exigences et essais pour évaluation biologique,
 - Partie 4 : Exigences et essais relatifs à la détermination de la durée de conservation.
- NF EN 374 : Gants de protection contre les produits chimiques et les microorganismes,
 - Partie 1: Terminologie et exigences de performance,
 - Partie 2: Détermination de la résistance à la pénétration,
 - Partie 3: Détermination de la résistance à la perméation des produits chimiques,
- NF EN 420 : Exigences générales pour les gants de protection.

• Documentation

- Fiche EUROPHARMAT : www.didactic.fr / www.euro-pharmat.com,
- Référencement GERES (Groupe d'Étude sur le Risque d'Exposition des Soignants aux agents infectieux) : www.geres.org.

