



Numéro d'article 881799



Classic

Gants d'examen, ABENA Classic, XS, nature, latex, non poudré

- ✓ Élastiques
- ✓ Bon ajustement
- ✓ Bonne sensibilité



CAT III

Description du produit

Gants d'examen élastiques en latex naturel à faible teneur en protéines de latex. Bon ajustement, offrant à l'utilisateur une grande sensibilité.



MEDIUM GRIP

EN374-5:2016



374-1:2016/Type B


EN EN AQL
420 455 1.5

Caractéristiques

Nom de la base	Gants d'examen
Marque	ABENA
Sous-marque	Classic
Dimensions	XS
Propriétés	Texturé aux doigts, adhérence moyenne, manchette roulée
Caractéristiques	Non poudré
Usage unique ou multiple	Usage unique
Matériau	Latex
Ingrédients techniques	Natural Rubber Latex, Sulphur, Zinc Oxide, Dithiocarbamate, Calcium carbonate, Titanium Dioxide, Potassium Hydroxide, Polymeric Sterically Hindered Phenol
Longueur/profondeur	240 mm
Largeur	75 mm
Épaisseur	Min. 0,08 mm
Certificats	CE, Matériaux en contact avec les aliments, CAT III, MD
Catégorie CE	CAT III
Classe CE	Class I
Normes de produit ou de test	EN 455, EN 420, EN 374-1:2016 Type B KST, EN 374-5:2016 VIRUS, AQL 1.5
Directives, réglementations et lois	MDR (EU) 2017/745, (EU) 2016/425, (CE) No 1935/2004, BEK nr 681 af 25/05/2020, (CE) No 2023/2006
Consignes de sécurité et avertissements	NB : si les utilisateurs ou les patients présentent une hypersensibilité au produit, porter des gants en vinyle ou en nitrile. Contiennent des protéines de latex.
En raison de la composition du produit, sa date de péremption est à compter de la date de production:	3 ans
Instructions de stockage	Stockage au sec, propre et à température ambiante.
Instructions d'élimination du produit	Peut être éliminé avec les ordures ménagères ou trié conformément aux consignes locales.
Instructions d'élimination de l'emballage	Jeter avec les ordures ménagères.

Instructions d'utilisation / d'application

Inspectez les gants à la recherche d'anomalies et de défauts avant utilisation.

Conditionnement

Unité	Contient	Longueur	Largeur	Hauteur	EAN
carton	1000 pcs	36 cm	25 cm	22.5 cm	5703538006692
pck	100 pcs	21.5 cm	20 cm	70 cm	5703538006739
paire	2 pcs	0 cm	0 cm	0 cm	
pcs	1 pcs				



Les produits portant le label MD font partie des dispositifs médicaux.



Le marquage CE garantit qu'un produit est sûr à utiliser et respecte toutes les mesures de sécurité. CE signifie Conformité Européenne (European Conformity). Ce marquage est principalement présent sur les équipements électroniques, les équipements de sécurité, les produits de construction et les dispositifs médicaux.



Le symbole du verre et de la fourchette garantit que les produits sont conformes aux exigences de la législation européenne applicables aux matériaux en contact avec les aliments. Ce symbole n'est pas obligatoire mais conseillé sur les produits utilisés pour le contact alimentaire.



Une homologation par un tiers est requise pour tous les produits d'équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III. Les produits CAT III sont accompagnés d'un numéro d'organisme notifié correspondant à la vérification par un tiers de la sécurité du produit.



Le produit contient du latex.



Le gant a une surface texturée au niveau du doigt.



Le gant a une longueur de 240 mm.



Le gant présente une préhension moyenne.

EN374-5:2016



La norme spécifie les exigences des gants de protection en matière de produits chimiques et de micro-organismes dangereux. Cette partie de la norme décrit la résistance du gant aux bactéries, aux champignons et aux virus.

374-1:2016/Type B



La norme spécifie les exigences des gants de protection en matière de produits chimiques et de micro-organismes. Le type B a été testé pour un temps de perméation d'au moins 30 minutes avec les produits chimiques sodium hydroxide à 40 %, hydrochloric acid à 40 % et formaldéhyde à 37 %.

EN 420

La norme spécifie les exigences des gants de protection en matière d'exigences générales et de méthodes d'essai.

EN 455

EN 455 se compose de quatre normes en fonction desquelles les gants doivent être testés pour être considérés comme des gants à usage médical. Cette norme spécifie les exigences relatives aux gants médicaux jetables.

