



Fiche technique

Electrode 3M™ Red Dot™ 2268

Electrode de surveillance cardiaque à usage unique

INDICATIONS

- Néonatalogie / adulte
- Bloc opératoire, réanimation
- IRM*

Application testée plus de 3 jours

**NE CONTIENT PAS DE
LATEX**



DESCRIPTIF

- **Dimension** : diamètre 3,2 cm
- **Support** : non-tissé souple
- **Adhésif** : gel conducteur base polyacrylate
 - repositionnable
- **Electrolyte** : Ag / AgCl (moins de 3% de Cl)
- **Connexion** : pression carbone
- Fabriquée au Canada
- Petite taille (petite pédiatrie et néonatalogie possible)
- Radiotransparente
- Languette de préhension
- Conformable
- Hypoallergénique
- Adhésif conducteur pour optimiser le tracé ECG
- ***IRM** : se reporter à la notice

CONFORMITE & MARQUAGE

- Conforme au standard A.A.M.I. EC12
(A.A.M.I. : Association pour l'amélioration de l'instrumentation médicale)
- D M : **Classe 1** – non stérile sans fonction de mesure
- Marquage **CE** (93/42 Annexe VII)

CONDITIONNEMENT

- 3 par sachet. 20 sachets par boîte. 10 boîtes par carton.
- Minimum de commande : 1 carton de 600 électrodes.
- Date de péremption et numéro de lot inscrits sur chaque sachet.

CONSERVATION

- 2 ans sous sachet fermé à température ambiante dans des conditions normales de conservation.
- Une fois le sachet ouvert, toutes les propriétés des électrodes sont gardées pendant 30 jours.
- Refermer soigneusement l'emballage pour la conservation des électrodes non utilisées.

IPD-000921
Juillet 2016

3M France
Division Prévention des Infections

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
Tél.: 01 30 31 82 82
Fax : 01 30 31 85 65
www.3MSante.fr

AVERTISSEMENT

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Pour les produits 3M dont l'utilisation est réservée aux professionnels de santé, le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.