

Instrument de mesure de la stomie

1-Références:

Désignation du produit	Référence Fournisseur	Référence ASI	Condt
Instrument de mesure de la stomie	BA012500	200452	Carton de 10 u.

2-Fabrication:

Ballard Medical Product, Draper, UTAH 84020, USA.

3-Système de Management de la Qualité:

Attestation ISO 13485:2003

KEMA Registered Quality Inc., 4377 County Line Road, Chalfont, PA 19914, USA.

4-Directive 93/42/CEE (Marquage CE):

Attestation CE n° 65076CE02.

Classification CE: I.

KEMA Quality BV, KEMA Medical, 6802 ED Arnhem, Pays Bas.

5-Usage unique/ Réutilisable:

Usage unique.

6-Stérile/ Non stérile:

Stérile.

7-Stérilisation:

Rayonnements GAMMA.

Effectuée par: STERIS-ISOMEDIX Inc., 9120 South, 150 East Sandy, 84070 UTAH, USA.

Conforme à la norme EN552.

8-Matériaux utilisés:

Silicone transparent.

9-Autres données techniques:

Sonde à ballonnet avec disque et marquage centimétrique (jusqu'à 5cm).

Seringue embout luer 12 cc.

Fiche technique ASEPT-INMED

VOIES DIGESTIVES

10-Latex:

Tous ces produits ne contiennent pas de LATEX.

11-Dérivé d'origine animale:

Tous ces produits ne contiennent pas de dérivé d'origine ANIMALE.

12-Conditionnement:

Emballage unitaire sous sachet pelable.

Conditionnement par carton. Se référer au tableau ci-dessus.

13-Etiquetage:

Conforme aux exigences de la norme EN980.

14-Conditions de stockage:

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Se référer à la notice d'utilisation dans le conditionnement.

15-Conditions particulières d'emploi:

Se référer à la notice d'utilisation dans le conditionnement.

16-Durée de vie:

2 ans.