

Sonde naso-jéjunale CORFLO™ ENFit™ lestée avec fil guide

Sonde nasogastrique

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	A50BA03
Code LPPR* si applicable :	1193780
*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
Classe du DM :	IIb
Directive de l'UE applicable :	93/42/CE
N° Organisme notifié :	0086
Première mise sur le marché de l'UE :	Juin 2015 (Versions ENFit)
Fabricant :	Halyard

Descriptif du dispositif

Sonde naso-jéjunale lestée pour le placement par voie endoscopique et fluoroscopique dans l'intestin grêle via un fil guide.

Cette sonde est indiquée pour la nutrition entérale post-pylorique ou duodénale/jéjunale, ainsi que lorsque le placement d'une sonde gastrique a échoué. Cette sonde est aussi indiquée lorsque la partie haute du tractus digestif est altérée et qu'il est nécessaire d'obtenir une vision directe par endoscopie de la sonde afin de s'assurer de son bon positionnement

Le set contient :

- 1 sonde naso-jéjunale lestée en Polyuréthane radio-opaque avec marquage centimétrique afin de vérifier le positionnement et de contrôler la migration
- 1 dispenser contenant un fil guide de 0.035inch/0.89mm de 300 cm en acier inoxydable enduit de Téflon
- 1 sonde de transfert nasal/oral en Polyuréthane de CH10 en 56cm

Conditionnement : unitaire

Références Catalogue :

Désignation	Référence Fournisseur	Référence ASI	Diamètre (CH/FR)	Lgueur (cm)	Poids du lest (g)
Sonde naso-jéjunale CORFLO™ ENFit™ lestée avec fil guide	50-4602	202606	CH12	152	7

Date : 09/2018

Version : 2.00 FT Sonde NJ CORFLO™ ENFit™ lestée avec fil guide

SCANNEZ
POUR ACCÉDER AU
CONTENU EN LIGNE



DÉCOUVREZ NOTRE SITE SUR
www.aseptinmed.fr

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Élément : Sonde/tube de transfert	Matériau : Polyuréthane
Élément : Fil guide	Matériau : Acier inoxydable enduit de Téflon
Élément : Lest	Matériau : Tungstène
Élément : Connecteur Y ENFit	Matériau : Copolyester / Elastomère thermoplastique

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Bisphénol A : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Digestif

Indications :

Alimentation entérale

Nutrition entérale

Voies digestives

2 PROCEDE DE STERILISATION : Non stérile

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

5 ans.

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – ccavelier@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01