



Medline International France SAS

Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneaux
Tél : 01 30 05 34 00
Fax : 01 30 05 34 52
www.medline.com/fr



Fiche Technique

Reference(s)

Description

Longueur de câble Connecteur

Capacité électrique maximale

Matière(s)

Conditionnement

Emballage

Fabriquant

Réglementation

Bistouri Electrique

ESPB4001Q

Bistouri électrique avec un bouton poussoir, lame en acier forgé

Diamètre de l'axe : 2.4 mm

3 m
International

5 kVp

Electrode / lame : acier forgé
Corps du bistouri : ABS 100

100 unités par boîte / 2 boîtes par carton

Boîte stérile rigide préformée en téréphtalate d'éthylène (PET) avec film pelable en Tyvek

Dongguan QueenMed Equipment Mfg. Co., Ltd. - China
EN ISO 13485:2012

Conforme à la directive 93/42/EEC
Classe du dispositif: IIb stérile
Conforme aux normes de sécurité électriques: IEC 60601-2-2